



EU-Konformitätserklärung / EU-Declaration of Conformity

Wir,
We,

Medisana GmbH
Carl-Schurz. 2,
41460 Neuss, GERMANY
Tel. +49 (0) 2131 3668-0

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das im folgenden aufgeführte Produkt, /
hereby state with sole responsibility that the product specified hereafter,

Medisana BS 450 connect body analysis scale
Type: BF-1513
Art. Nr.: 40510, 40511, 99828, 99829

Die Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinie(n) erfüllt:
meets the requirements of the following EU-Directive(s):

1. EMV Richtlinie 2014/30/EU mit Änderungen
EMC Directive 2014/30/EU including amendments
2. RED Richtlinie EU 2014/53 + EU 2019/2020 mit Änderungen
RED Directive 2014/53/EU + 2019/2020/EU including amendments
3. RoHS Richtlinie EU 2011/65 + EU 2015/863 mit Änderungen
RoHS Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU including amendments

Jahr der ersten Anbringung der CE-Kennzeichnung: 2018
Year of first attachment of the CE marking: 2018

Normen:
Standards:

- EN IEC 55014-1: 2021
- EN IEC 6100-3-2:2019
- EN 6100-3-3:2013/A1:2019
- EN IEC 55014-2: 2021
- EN 62479: 2010
- EN 50663:2017
- EN 63468-1:2014+A11:2017
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Dieser Erklärung liegt zugrunde:
This declaration is based on:

Testberichte:	AGC Report:	AGC06754210701EE02
Test reports:	AGC Certificate:	AGC06754210701E0
	TÜV SÜD Report:	6840119360401

Diese Erklärung ist gültig ab Lot PO#7165 (Lot R2110...).
This declaration is valid from lot PO#7165 (lot R2110...).

Neuss, Datum
date

14. October 2021


Marina Hillen,
Head of Quality Management & Regulatory Affairs